

レーザー脱毛についての説明書と承諾書

当院では、日本の厚生省認可を得たキャンデラ社製アレキサンドライトレーザー（GentleLASE）と、エスクレピオン製ダイオードレーザー（メディオスターNeXT PRO）の2種類の機械をご用意しております。

お肌の状態、部位、ご希望をお聞きした上、当方より機械の選定を行います。

当院では、医師の管理下にて、看護師が照射を行います。

2 機械の特徴

	GentleLASE	メディオスターNeXT PRO
レーザー光	アレキサンドライト 755nm・ YAG レーザー1064nm	ダイオードレーザー810nm
脱毛方法	ショット式	蓄熱式
クーリング	冷却窒素ガス	コンタクトクーリング
ジェル	なし	あり
痛み	ややあり	少なめ
所要時間	2ショット/秒	
リスク	色素沈着、膨疹	色素沈着や膨疹が生じにくい。
ポップアップ	あり	なし
ターゲット	毛根を破壊	バルジ領域を破壊
デザイン	可能	不可能
適する肌	色黒以外	全肌色

照射が可能な服装に着替えて頂き、毛ぞりを済ませてからレーザーを照射します（部位により、脱毛経過を写真に残すことがあります）。

照射中、照射後はひりひり感が出ますが、数分でおさまります。

アレルギー反応を起こす方は、照射後しばらくしてから、かゆみ、発赤、腫脹を呈してきます。このような症状が出た場合には、なるべく早く当院を受診してください。アレルギーの治療を行います。

当日よりシャワー浴可能ですが、タオルは使用せず、手で洗うようにしてください。シャワー後、**軟膏あるいはローション**を肌に塗布してください（2日間）。

照射の間隔は1ヶ月～1ヶ月半に一度です。その間、毛抜きは行わず、毛ぞり処理を行っておいてください（そのままで結構です）。

個人差がありますが、**平均 5~10 回ほどで脱毛が得られます**。ただし、産毛レベルの毛は残るとお考えください。

